

MEK-CAL
血细胞分析仪用校准品
2.0mL

ASSAY SHEET

靶值表

批号	PLUS254
有效期	5 May '25
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450	
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	
WBC	10 ³ /μL	9.0	9.2	9.1	8.9	9.35	9.0	
RBC	10 ⁶ /μL	4.67	4.66	4.68	4.65	4.65	4.67	
HGB	g/dL	13.4	13.3	13.3	13.2	13.56	13.4	
HCT	%	39.9	41.8	40.5	39.4	45.5	39.9	
MCV	fL	85.4	89.7	86.6	84.8	97.9	85.4	
MCH	pg	28.7	28.5	28.4	28.4	29.2	28.7	
MCHC	g/dL	33.6	31.8	32.8	33.5	29.8	33.6	
PLT	10 ³ /μL	223	220	222	222	238.5	223	
稀释液	ISOTONAC-3											
溶血剂	HEMOLYNAC-3			HEMOLYNAC-3N				HEMOLYNAC-310	HEMOLYNAC-3N			
	—	HEMOLYNAC-5		—	HEMOLYNAC-5			HEMOLYNAC-510	—			

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222
	-7300
	-8222
	-9100
	分析值
FS	169
FL	88
SD	108
FS THR.	100

MEK-9100 QR code *2



注意:

RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后

输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。

详细情况，请参阅操作手册。

*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编 161-8560

“QR Code”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。



MEK-CAL



PLUS254



2025-05-05



0694-901781Z