

MEK-5DH	血液学 质控品	3.0mL
---------	------------	-------

HIGH高值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D258H
有效期	05 Nov 2025
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -9100 ^{*2*3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±2.2	•••••	•••••	24.7	24.6	24.2	25.63
中性粒细胞百分比 NE%	%	±10.0	•••••	•••••	74.2	74.2	74.2	74.72
淋巴细胞百分比 LY%	%	±10.0	•••••	•••••	13.4	13.4	13.4	15.03
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	•••••	•••••	7.8	7.8	7.8	5.67
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	•••••	•••••	3.7	3.7	3.7	3.73
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	•••••	•••••	0.9	0.9	0.9	0.85
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	18.4	18.3	18.0	19.15
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	3.3	3.3	3.2	3.85
单核细胞MO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	1.9	1.9	1.9	1.45
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	0.9	0.9	0.9	0.96
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.8	•••••	•••••	0.2	0.2	0.2	0.22
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.25	•••••	•••••	5.30	5.26	5.25	5.32
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	•••••	•••••	16.5	16.3	16.4	16.61
血细胞压积HCT	%	±4.0	•••••	•••••	52.8	51.2	49.8	59.0
平均红细胞体积 MCV	fL	±8.0	•••••	•••••	99.6	97.4	94.9	110.9
平均红细胞血红蛋白含 量MCH	pg	±2.8	•••••	•••••	31.1	31.0	31.2	31.2
平均红细胞血红蛋白浓 度MCHC	g/dL	±3.0	•••••	•••••	31.3	31.8	32.9	28.2
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	•••••	•••••	13.5	14.2	13.6	14.6
血小板PLT	10 ³ /μL	±70	•••••	•••••	543	534	541	538.1
平均血小板体积 MPV	fL	±4.0	•••••	•••••	7.9	8.2	8.1	9.7
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					HEMOLYNAC·510

注意：
请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

*1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。

*2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。

*3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。

“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

 日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560



MEK-5DH



258H



2025-11-05



0694-901844A