

MEK-5DN	血液学 质控品	3.0mL
---------	------------	-------

NORMAL 正常值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D268N
有效期	05 Nov 2026
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -9100 ^{*2+3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.8	•••••	•••••	8.1	8.0	7.9	8.16
中性粒细胞百分比 NE%	%	±15.0	•••••	•••••	61.7	61.7	61.7	64.20
淋巴细胞百分比 LY%	%	±15.0	•••••	•••••	23.5	23.5	23.5	24.62
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	•••••	•••••	10.7	10.7	10.7	6.56
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	•••••	•••••	2.9	2.9	2.9	3.47
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	•••••	•••••	1.2	1.2	1.2	1.15
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±1.5	•••••	•••••	5.0	4.9	4.9	5.24
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.5	•••••	•••••	1.9	1.9	1.9	2.01
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.5	•••••	•••••	0.9	0.9	0.8	0.54
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±0.5	•••••	•••••	0.2	0.2	0.2	0.28
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.4	•••••	•••••	0.1	0.1	0.1	0.09
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.20	•••••	•••••	4.60	4.53	4.58	4.62
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5	•••••	•••••	13.6	13.5	13.4	13.74
血细胞压积HCT	%	±3.0	•••••	•••••	42.5	40.6	40.0	46.8
平均红细胞体积 MCV	fL	±6.0	•••••	•••••	92.3	89.7	87.3	101.3
平均红细胞血红蛋白含 量MCH	pg	±2.8	•••••	•••••	29.6	29.8	29.3	29.7
平均红细胞血红蛋白浓 度MCHC	g/dL	±3.0	•••••	•••••	32.0	33.3	33.5	29.4
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	•••••	•••••	13.8	14.6	14.0	14.6
血小板PLT	10 ³ /μL	±50	•••••	•••••	223	237	218	218.1
平均血小板体积 MPV	fL	±2.0	•••••	•••••	3.7	5.3	3.9	6.9
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					HEMOLYNAC·510

注意：
请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

*1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。

*2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。

*3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。

“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

 日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560



MEK-5DN



268N



2026-11-05



0694-901843E