

MEK-CAL

血细胞分析仪用校准品
2.0mL

ASSAY SHEET

靶值表

批号	PLUS268
有效期	5 September '26
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
WBC	10 ³ /μL					9.1	9.2	9.1	9.0	9.40	9.1
RBC	10 ⁶ /μL					4.76	4.71	4.71	4.71	4.74	4.76
HGB	g/dL					13.7	13.7	13.6	13.5	13.90	13.7
HCT	%					40.7	41.8	40.6	39.5	46.1	40.7
MCV	fL					85.6	88.7	86.1	83.9	97.3	85.6
MCH	pg					28.8	29.1	28.9	28.7	29.3	28.8
MCHC	g/dL					33.7	32.8	33.5	34.2	30.2	33.7
PLT	10 ³ /μL					211	212	215	214	224.2	211
稀释液		ISOTONAC·3									
溶血剂		HEMOLYNAC·3			HEMOLYNAC·3N				HEMOLYNAC·310	HEMOLYNAC·3N	
		—	HEMOLYNAC·5			—	HEMOLYNAC·5			HEMOLYNAC·510	—

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222 -7300 -8222 -9100
	分析值
FS	166
FL	89
SD	103
FS THR.	100

MEK-9100 QR code *2



注意:

RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后

输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。

详细情况，请参阅操作手册。

*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

“QR Code” 是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。



日本光电工业株式会社

日本国东京都新宿区西落合1-31-4

邮编 161-8560



MEK-CAL



PLUS268



2026-09-05



0694-9018330