NIHON KOHDEN

MEK-5DH 血液学 质控品 3.0mL

HIGH高值

ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D26YH
有效期	05 Feb 2027
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222*2	MEK -8222*1*2	MEK -7222*2	MEK -7300*2	MEK -8222*1*2	MEK -9100*2*3
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±2.2	••••••	••••••	24.9	24.8	24.4	26.06
中性粒细胞百分比 NE%	%	±10.0	••••••	••••••	78.3	78.3	78.3	78.40
淋巴细胞百分比 LY%	%	±10.0	••••••	••••••	11.2	11.2	11.2	13.30
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	••••••	••••••	5.5	5.5	5.5	4.18
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	••••••	••••••	4.2	4.2	4.2	3.43
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	••••••	••••••	0.8	0.8	0.8	0.69
中性粒细胞NE	$10^3/\mu L$	±2.8	••••••	••••••	19.5	19.4	19.2	20.43
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±2.8	••••••	••••••	2.8	2.8	2.7	3.47
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±1.0	••••••	••••••	1.4	1.4	1.3	1.09
嗜酸性粒细胞EO	$10^3/\mu L$	±1.0	••••••	••••••	1.0	1.0	1.0	0.89
嗜碱性粒细胞BA	$10^3/\mu L$	±0.8	••••••	••••••	0.2	0.2	0.2	0.18
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.25	••••••	••••••	5.28	5.25	5.24	5.39
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	••••••	••••••	16.4	16.2	16.3	16.66
血细胞压积HCT	%	±4.0	••••••	••••••	51.3	49.9	48.5	58.5
平均红细胞体积 MCV	fL	±8.0	••••••	••••••	97.1	95.0	92.6	108.6
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8	••••••	••••••	31.1	30.9	31.1	30.9
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	••••••	••••••	32.0	32.5	33.6	28.5
红细胞分布宽度 RDW*3	%	±4.0	••••••	••••••	13.8	14.7	14.0	15.4
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±70	••••••	••••••	576	566	574	571.4
平均血小板体积 MPV	fL	±4.0	••••••	••••••	6.9	7.7	7.0	9.0
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					HEMOLYNAC·510

注意：

请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

***1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。**

***2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。**

***3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。**

MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。

"QR码"是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560

MEK-5DH 26YH 2027-02-05

CE IVD