ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-5DH

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DH

LOT	MEK5D26YH	
	2027-02-05	
OPEN	14DAYS	

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	24.8	24.4	26.06	±2.2
NE%	%	78.3	78.3	78.40	±10.0
LY%	%	11.2	11.2	13.30	±10.0
MO%	%	5.5	5.5	4.18	±5.0
EO%	%	4.2	4.2	3.43	±5.0
BA%	%	0.8	0.8	0.69	±4.0
IG% *	%	-	-	0.35	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	19.4	19.2	20.43	±2.8
LY	$10^3/\mu L$	2.8	2.7	3.47	±2.8
MO	$10^3/\mu L$	1.4	1.3	1.09	±1.0
EO	$10^3/\mu L$	1.0	1.0	0.89	±1.0
BA	$10^3/\mu L$	0.2	0.2	0.18	±0.8
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.09	±0.8
RBC	$10^6/\mu L$	5.25	5.24	5.39	±0.25
HGB	g/dL	16.2	16.3	16.66	±0.7
HCT	%	49.9	48.5	58.5	±4.0
MCV	fL	95.0	92.6	108.6	±8.0
MCH	pg	30.9	31.1	30.9	±2.8
MCHC	g/dL	32.5	33.6	28.5	±3.0
RDW-CV **	%	14.7	14.0	15.4	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	566	574	571.4	±70
MPV	fL	7.7	7.0	9.0	±4.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	High
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.

** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901692Y