NIHON KOHDEN

**MEK-5DL** 血液学 质控品 3.0mL

# LOW 低值

## ASSAY SHEET分析单

| 批号 | MEK5D26YL |
|---|---|
| 有效期 | 05 Feb 2027 |
| 开瓶稳定期 | 14 DAYS |

| 参数 | 单位 | 区间 | MEK -7222*2 | MEK -8222*1*2 | MEK -7222*2 | MEK -7300*2 | MEK -8222*1*2 | MEK -9100*2*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分析值 | 分析值 | 分析值 | 分析值 | 分析值 | 分析值 |
| 白细胞WBC | $10^3/\mu L$ | ±0.6 | •••••• | •••••• | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.13 |
| 中性粒细胞百分比 NE% | % | ±15.0 | •••••• | •••••• | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 40.15 |
| 淋巴细胞百分比 LY% | % | ±15.0 | •••••• | •••••• | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 47.63 |
| 单核细胞百分比 MO% | % | ±5.0 | •••••• | •••••• | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 8.76 |
| 嗜酸性粒细胞百分比 EO% | % | ±5.0 | •••••• | •••••• | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.86 |
| 嗜碱性粒细胞百分比 BA% | % | ±4.0 | •••••• | •••••• | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.60 |
| 中性粒细胞NE | $10^3/\mu L$ | ±0.5 | •••••• | •••••• | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.26 |
| 淋巴细胞LY | $10^3/\mu L$ | ±0.5 | •••••• | •••••• | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.49 |
| 单核细胞MO | $10^3/\mu L$ | ±0.2 | •••••• | •••••• | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.27 |
| 嗜酸性粒细胞EO | $10^3/\mu L$ | ±0.2 | •••••• | •••••• | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
| 嗜碱性粒细胞BA | $10^3/\mu L$ | ±0.2 | •••••• | •••••• | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 红细胞RBC | $10^6/\mu L$ | ±0.15 | •••••• | •••••• | 2.60 | 2.58 | 2.61 | 2.49 |
| 血红蛋白HGB | g/dL | ±0.4 | •••••• | •••••• | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.79 |
| 血细胞压积HCT | % | ±2.0 | •••••• | •••••• | 22.0 | 21.2 | 20.9 | 23.0 |
| 平均红细胞体积 MCV | fL | ±7.0 | •••••• | •••••• | 84.8 | 82.2 | 80.1 | 92.3 |
| 平均红细胞血红蛋白含量MCH | pg | ±2.4 | •••••• | •••••• | 25.4 | 26.0 | 24.9 | 27.3 |
| 平均红细胞血红蛋白浓度MCHC | g/dL | ±3.0 | •••••• | •••••• | 30.0 | 31.6 | 31.1 | 29.5 |
| 红细胞分布宽度 RDW*3 | % | ±4.0 | •••••• | •••••• | 14.3 | 15.4 | 14.6 | 14.1 |
| 血小板PLT | $10^3/\mu L$ | ±30 | •••••• | •••••• | 50 | 56 | 50 | 52.2 |
| 平均血小板体积 MPV | fL | ±3.0 | •••••• | •••••• | 4.4 | 5.4 | 4.7 | 6.9 |
| 稀释液 | | | ISOTONAC·3 | | | | | |
| 溶血素 | | | HEMOLYNAC·3 | | HEMOLYNAC·3N | | | HEMOLYNAC·310 |
| | | | HEMOLYNAC·5 | | | | | HEMOLYNAC·510 |

注意：

请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

***1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。**

***2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。**

***3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。**

**MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。**

"QR码"是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560

MEK-5DL 26YL 2027-02-05

CE IVD

*0694-901842F*