ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-5DL

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DL

LOT	MEK5D26YL	
	2027-02-05	
OPEN	14DAYS	

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	3.1	3.1	3.13	±0.6
NE%	%	38.4	38.4	40.15	±15.0
LY%	%	45.3	45.3	47.63	±15.0
MO%	%	12.6	12.6	8.76	±5.0
EO%	%	1.7	1.7	1.86	±5.0
BA%	%	2.0	2.0	1.60	±4.0
IG% *	%	-	-	0.43	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	1.1	1.1	1.26	±0.5
LY	$10^3/\mu L$	1.4	1.4	1.49	±0.5
MO	$10^3/\mu L$	0.4	0.4	0.27	±0.2
EO	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.06	±0.2
BA	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.05	±0.2
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.01	±0.2
RBC	$10^6/\mu L$	2.58	2.61	2.49	±0.15
HGB	g/dL	6.7	6.5	6.79	±0.4
HCT	%	21.2	20.9	23.0	±2.0
MCV	fL	82.2	80.1	92.3	±7.0
MCH	pg	26.0	24.9	27.3	±2.4
MCHC	g/dL	31.6	31.1	29.5	±3.0
RDW-CV **	%	15.4	14.6	14.1	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	56	50	52.2	±30
MPV	fL	5.4	4.7	6.9	±3.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	Low
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.

** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901690Y