NIHON KOHDEN

MEK-5DN 血液学 质控品 3.0mL

NORMAL 正常值

ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D26YN
有效期	05 Feb 2027
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222*2	MEK -8222*1*2	MEK -7222*2	MEK -7300*2	MEK -8222*1*2	MEK -9100*2*3
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±0.8	••••••	••••••	8.2	8.1	8.0	8.27
中性粒细胞百分比 NE%	%	±15.0	••••••	••••••	67.7	67.7	67.7	67.99
淋巴细胞百分比 LY%	%	±15.0	••••••	••••••	19.8	19.8	19.8	23.05
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	••••••	••••••	8.2	8.2	8.2	5.56
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	••••••	••••••	3.0	3.0	3.0	2.24
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	••••••	••••••	1.3	1.3	1.3	1.16
中性粒细胞NE	$10^3/\mu L$	±1.5	••••••	••••••	5.6	5.5	5.4	5.61
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±1.5	••••••	••••••	1.6	1.6	1.6	1.91
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±0.5	••••••	••••••	0.7	0.7	0.7	0.46
嗜酸性粒细胞EO	$10^3/\mu L$	±0.5	••••••	••••••	0.2	0.2	0.2	0.19
嗜碱性粒细胞BA	$10^3/\mu L$	±0.4	••••••	••••••	0.1	0.1	0.1	0.10
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.20	••••••	••••••	4.64	4.57	4.62	4.67
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5	••••••	••••••	14.0	13.9	13.8	14.36
血细胞压积HCT	%	±3.0	••••••	••••••	44.0	42.2	41.4	49.2
平均红细胞体积 MCV	fL	±6.0	••••••	••••••	94.8	92.3	89.7	105.4
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8	••••••	••••••	30.2	30.4	29.9	30.7
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	••••••	••••••	31.8	32.9	33.3	29.2
红细胞分布宽度 RDW*3	%	±4.0	••••••	••••••	13.5	14.2	13.7	14.1
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±50	••••••	••••••	268	285	261	257.5
平均血小板体积 MPV	fL	±2.0	••••••	••••••	3.5	5.2	3.7	6.8
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					HEMOLYNAC·510

注意：

请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

***1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。**

***2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。**

***3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。**

MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。

"QR码"是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560

MEK-5DN 26YN 2027-02-05

CE IVD