ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-5DN

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DN

LOT	MEK5D26YN	
	2027-02-05	
OPEN	14DAYS	

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	8.1	8.0	8.27	±0.8
NE%	%	67.7	67.7	67.99	±15.0
LY%	%	19.8	19.8	23.05	±15.0
MO%	%	8.2	8.2	5.56	±5.0
EO%	%	3.0	3.0	2.24	±5.0
BA%	%	1.3	1.3	1.16	±4.0
IG% *	%	-	-	0.49	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	5.5	5.4	5.61	±1.5
LY	$10^3/\mu L$	1.6	1.6	1.91	±1.5
MO	$10^3/\mu L$	0.7	0.7	0.46	±0.5
EO	$10^3/\mu L$	0.2	0.2	0.19	±0.5
BA	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.10	±0.4
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.04	±0.4
RBC	$10^6/\mu L$	4.57	4.62	4.67	±0.20
HGB	g/dL	13.9	13.8	14.36	±0.5
HCT	%	42.2	41.4	49.2	±3.0
MCV	fL	92.3	89.7	105.4	±6.0
MCH	pg	30.4	29.9	30.7	±2.8
MCHC	g/dL	32.9	33.3	29.2	±3.0
RDW-CV **	%	14.2	13.7	14.1	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	285	261	257.5	±50
MPV	fL	5.2	3.7	6.8	±2.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	Normal
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.

** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901691Y