NIHON KOHDEN

MEK-CAL

血细胞分析仪用校准品

2.0mL

ASSAY SHEET

靶值表

批号	PLUS26Y
有效期	5 December '26
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
WBC	**$10^3/\mu L$**	·····	·····	·····	·····	**8.9**	**9.1**	**9.0**	**8.8**	**9.08**	**8.9**
RBC	**$10^6/\mu L$**	·····	·····	·····	·····	**4.59**	**4.52**	**4.51**	**4.52**	**4.56**	**4.59**
HGB	**g/dL**	·····	·····	·····	·····	**13.3**	**13.3**	**13.2**	**13.2**	**13.64**	**13.3**
HCT	**%**	·····	·····	·····	·····	**40.0**	**40.6**	**39.5**	**38.5**	**45.1**	**40.0**
MCV	**fL**	·····	·····	·····	·····	**87.1**	**89.9**	**87.6**	**85.1**	**99.0**	**87.1**
MCH	**pg**	·····	·····	·····	·····	**29.0**	**29.4**	**29.3**	**29.2**	**29.9**	**29.0**
MCHC	**g/dL**	·····	·····	·····	·····	**33.3**	**32.8**	**33.4**	**34.3**	**30.2**	**33.3**
PLT	**$10^3/\mu L$**	·····	·····	·····	·····	**219**	**215**	**217**	**217**	**231.0**	**219**
稀释液		**ISOTONAC·3**									
溶血剂		**HEMOLYNAC·3**			**HEMOLYNAC·3N**					**HEMOLYNAC·310**	**HEMOLYNAC·3N**
		—	**HEMOLYNAC·5**		—		**HEMOLYNAC·5**			**HEMOLYNAC·510**	—

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222 -7300 -8222 -9100
	分析值
FS	**168**
FL	**90**
SD	**102**
FS THR.	**100**

MEK-9100 QR code *2

注意:

RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。
详细情况，请参阅操作手册。

*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编 161-8560

“QR Code” 是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

MEK-CAL　PLUS26Y　2026-12-05

CE IVD

0694-901833R