ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-CAL HEMATOLOGY CALIBRATOR

MEK-CAL

LOT	PLUS26Y	
	2026-12-05	
OPEN	7DAYS	

		MEK -6400 -6410 -6420 -6450	MEK -6500 -6510 -6550	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	MEK -1301 -1302 -1303 -1305
WBC	$10^3/\mu L$	8.9	8.9	9.0	8.8	9.08	8.91
RBC	$10^6/\mu L$	4.59	4.59	4.51	4.52	4.56	4.58
HGB	g/dL	13.3	13.4	13.2	13.2	13.64	13.51
HCT	%	40.0	40.0	39.5	38.5	45.1	45.4
MCV	fL	87.1	87.1	87.6	85.1	99.0	99.2
MCH	pg	29.0	29.2	29.3	29.2	29.9	29.5
MCHC	g/dL	33.3	33.5	33.4	34.3	30.2	29.8
PLT	$10^3/\mu L$	219	219	217	217	231.0	234.4
MPV	fL	5.5	8.2	7.0	5.5	8.1	8.2
RDW-CV *	%	16.0	16.0	15.7	14.8	15.7	15.4

MEK -7300 -8222 -9100 -9200	
FS	168
FL	90
SD	102
FS THR.	100

* RDW-CV is displayed as RDW on MEK-6400, 6410, 6420, 6450, 8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

MEK-1301, 1302, 1303, 1305
Barcode Entry

MEK-1301, 1302, 1303, 1305
2D Barcode Entry

CE 0123 IVD

0694-901832R