ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MK-3CH HEMATOLOGY CONTROL+CRP

LOT	MK3C26YH
⌛	2027-02-05
OPEN	14DAYS

		MEK -1303	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	20.72	± 2.20
RBC	$10^6/\mu L$	6.03	± 0.25
HGB	g/dL	19.42	± 0.70
HCT	%	63.6	± 4.0
MCV	fL	105.5	± 7.0
MCH	pg	32.2	± 2.8
MCHC	g/dL	30.5	± 3.0
PLT	$10^3/\mu L$	522.2	± 70.0
MPV	fL	8.0	± 3.0
RDW-CV	%	17.1	± 3.0
LY%	%	14.86	± 10.00
MO%	%	1.89	± 5.00
GR%	%	83.25	± 10.00
LY	$10^3/\mu L$	3.08	± 1.80
MO	$10^3/\mu L$	0.39	± 0.70
GR	$10^3/\mu L$	17.25	± 2.00
CRP	Precision	≤ 10.0%	
		(45.40-84.40 mg/L)	

Manual Registration	
Lot	26Y
Level	High
Expiration Date	2027 Y 2 M 5 D
Control	MK-3C

MEK-1303 Barcode Entry

If the barcode is difficult to scan, place this assay sheet on a flat surface, keep the barcode reader and barcode vertical, and scan within a distance of 2cm.

1

2

3

MEK-1303
2D Barcode Entry

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901767P