ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MK-3CL HEMATOLOGY CONTROL+CRP

LOT	MK3C26YL
⌛	2027-02-05
OPEN	14DAYS

		MEK -1303	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	2.07	± 0.60
RBC	$10^6/\mu L$	2.33	± 0.15
HGB	g/dL	6.13	± 0.40
HCT	%	20.4	± 2.0
MCV	fL	87.5	± 9.0
MCH	pg	26.3	± 2.4
MCHC	g/dL	30.0	± 3.0
PLT	$10^3/\mu L$	70.8	± 30.0
MPV	fL	8.3	± 3.0
RDW-CV	%	16.0	± 3.0
LY%	%	57.96	± 10.00
MO%	%	5.67	± 5.00
GR%	%	36.37	± 10.00
LY	$10^3/\mu L$	1.20	± 0.50
MO	$10^3/\mu L$	0.12	± 0.20
GR	$10^3/\mu L$	0.75	± 0.50
CRP	Precision	≤ 10.0%	
		(2.60-15.20 mg/L)	

Manual Registration	
Lot	26Y
Level	Low
Expiration Date	2027 Y 2 M 5 D
Control	MK-3C

MEK-1303 Barcode Entry

If the barcode is difficult to scan, place this assay sheet on a flat surface, keep the barcode reader and barcode vertical, and scan within a distance of 2cm.

1

2

3

MEK-1303
2D Barcode Entry

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901765P