ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MK-3CN HEMATOLOGY CONTROL+CRP

LOT	MK3C26YN
⌛	2027-02-05
OPEN	14DAYS

		MEK -1303	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	7.89	± 0.80
RBC	$10^6/\mu L$	4.73	± 0.20
HGB	g/dL	14.02	± 0.50
HCT	%	46.5	± 3.0
MCV	fL	98.4	± 7.0
MCH	pg	29.6	± 2.4
MCHC	g/dL	30.2	± 3.0
PLT	$10^3/\mu L$	258.2	± 50.0
MPV	fL	8.1	± 2.0
RDW-CV	%	16.2	± 3.0
LY%	%	29.51	± 10.00
MO%	%	4.02	± 5.00
GR%	%	66.47	± 10.00
LY	$10^3/\mu L$	2.33	± 1.00
MO	$10^3/\mu L$	0.32	± 0.40
GR	$10^3/\mu L$	5.24	± 1.00
CRP	Precision	≤ 10.0%	
		(20.90-38.70 mg/L)	

Manual Registration	
Lot	26Y
Level	Normal
Expiration Date	2027 Y 2 M 5 D
Control	MK-3C

MEK-1303 Barcode Entry

If the barcode is difficult to scan, place this assay sheet on a flat surface, keep the barcode reader and barcode vertical, and scan within a distance of 2cm.

1

2

3

MEK-1303
2D Barcode Entry

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901766P